

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	Magnetom Aera 1.5T 维修项目
拟采购产品金额	723000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院 Magnetom Aera 1.5T 维修项目
二、申请理由	
<p>我院 MAGNETOM Aera 核磁安装投入用于 2015 年 3 月，目前已连续运行 11 年且已过质保期限。目前射频发射盒故障，设备停机无法使用，严重影响医院运行以及日常检查。设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面为确保这台设备安全平稳运行，保证医疗质量，避免医患纠纷，故采购原厂原装射频发射盒。核磁配件唯有西门子原厂能够提供。西门子原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整，是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置西门子 1.5T 核磁射频发射盒更换。</p> <p>拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司</p>	
三、专家论证意见	
<p>该西门子 1.5T 核磁射频发射盒属于核磁设备的核心部件，为确保图像清晰、软硬件升级方便、保证质量，建议购买西门子原厂配件——西门子 1.5T 核磁射频发射盒。</p> <p>专家签字：李兴祥 2026 年 3 月 2 日</p>	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	Magnetom Aera 1.5T 维修项目
拟采购产品金额	723000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院 Magnetom Aera 1.5T 维修项目
二、申请理由	
<p>我院 MAGNETOM Aera 核磁安装投入用于 2015 年 3 月，目前已连续运行 11 年且已过质保期限。目前射频发射盒故障，设备停机无法使用，严重影响医院运行以及日常检查。设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面为确保这台设备安全平稳运行，保证医疗质量，避免医患纠纷，故采购原厂原装射频发射盒。核磁配件唯有西门子原厂能够提供。西门子原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整，是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置西门子 1.5T 核磁射频发射盒更换。</p> <p style="padding-left: 20px;">拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司</p>	
三、专家论证意见	
<p style="font-size: 1.2em; font-family: cursive;">核磁发射盒是核磁共振成像系统的核心关键部件，为设备原厂独有的核心技术成果。使用原厂配件及维修服务，可以保证设备后发射盒的性能指标符合设备出厂标准，确保核磁共振成像精准可靠。因此，本项目具有技术唯一性或服务的不可替代性，建议采用单一来源采购方式。</p> <div style="text-align: right; margin-top: 20px;"> <p>专家签字： </p> <p>2026 年 3 月 2 日</p> </div>	

政府采购单一来源专家论证意见

一、申请情况	
申请单位	河西学院附属张掖人民医院
拟采购产品名称	Magnetom Aera 1.5T 维修项目
拟采购产品金额	723000.00 元
采购项目所属项目名称	河西学院附属张掖人民医院 Magnetom Aera 1.5T 维修项目
二、申请理由	
<p>我院 MAGNETOM Aera 核磁安装投入用于 2015 年 3 月，目前已连续运行 11 年且已过质保期限。目前射频发射盒故障，设备停机无法使用，严重影响医院运行以及日常检查。设备所需的主要配件均为原厂生产，才能保证图像质量，保证设备更好运行，设备在软硬件升级、安全检查，更换所需配件等方面为确保这台设备安全平稳运行，保证医疗质量，避免医患纠纷，故采购原厂原装射频发射盒。核磁配件唯有西门子原厂能够提供。西门子原厂维保的优点是有强大的远程诊断功能与能力，通过远程诊断可发现故障隐患，预先处理，实现预防性维修，保证机器的稳定及完整，是第三方维保做不到的，并且一部分系统测试功能需要原厂工程师的密码支持才能做到。根据《中华人民共和国政府采购法》第三十一条第一款规定，故采取单一来源方式进行采购方式购置西门子 1.5T 核磁射频发射盒更换。</p> <p>拟定的唯一供应商：西门子医疗系统有限公司</p>	
三、专家论证意见	
<p>1. 根据采购申请理由所述，采取单一来源方式采购，既能保障核磁设备的一体性，在后续维保中实现预防性远程诊断且不受制于工程师密码支持，符合《政府采购法》单一来源方式采购的规定。</p> <p>2. 在实际采购中，严格依法按程序采购，严格控制采购价，以保障采购费用符合法律规定的比例。</p> <p>3. 细化合同条款，细化明确售后服务期限、维保责任、费用处理、产权保护等解决条款。</p> <p style="text-align: right;">专家签字：白凤彦</p> <p style="text-align: right;">2026 年 3 月 2 日</p>	